



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.04.000.М.000929.09.18 ОТ 11.09.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения согласно приложения в ООО "ЦДС "ВэлаДент" по адресу: г.Челябинск, ул. Каслинская, 99 В

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Дентальной Стоматологии "ВэлаДент" по адресу: г.Челябинск, ул. Каслинская, д.99 В, нежилое помещение № 1. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгенкабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по оценке состояния радиационной безопасности № 08/1/18 5892 от 07.08.2018 г. выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области". Аттестат аккредитации № RA.RU.710037 от 03.06.2015 года

Заключение действительно до 11.09.2020 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



А.И. Семенов

Ф. И. О., подпись, печать

№ 2977950



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 74.50.04.000.М.000929.09.18 от 11.09.2018 г.

Перечень источников ионизирующего излучения:

Цифровой аппарат рентгеновский дентальный "Kodak 2000" (зав. № UBXL 153, 2006 года выпуска)


1. Технические характеристики:

1.1. Максимальное анодное напряжение: 70 кВ

1.2. Сила тока: 7 мА

2. Вид и характер работ: эксплуатация и хранение рентгеновского аппарата для проведения медицинской рентгенодиагностики

3. Место проведения работ: в рентгеновском кабинете нежилого помещения №1, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Каслинская д. 99В



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.04.000.М.000930.09.18 от 11.09.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Условия работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения согласно приложения в ООО "ЦДС "ВэлаДент" по адресу: г. Челябинск, ул. Каслинская, 99 В

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Дентальной Стоматологии "ВэлаДент" по адресу: г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 99 В, нежилое помещение № 1. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгенкабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по оценке состояния радиационной безопасности № 08/1/18 5892 от 07.08.2018 г. выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области". Аттестат аккредитации № RA.RU.710037 от 03.06.2015 года

Заключение действительно до 11.09.2023 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2977951



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 74.50.04.000.М.000930.09.18 от 11.09.2018 г.

Перечень источников ионизирующего излучения

Цифровой рентгеновский томограф "Kodak 9000 3D" (зав. № ХВАН 027, 2009 года выпуска)


1. Технические характеристики:

1.1. Максимальное анодное напряжение: 90 кВ

1.2. Сила тока: 16 мА

2. Вид и характер работ: эксплуатация и хранение рентгеновского аппарата для проведения медицинской рентгенодиагностики.

3. Место проведения работ: в рентгеновском кабинете нежилого помещения №1, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Каслинская д. 99В



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



А.И. Семенов
Ф. И. О. подпись, печать